



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 3SC-RS – Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί εξ ολοκλήρου τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Να αναφερθεί με ακρίβεια ο τύπος (μοντέλο), ο οίκος κατασκευής καθώς και η χώρα προέλευσης του μηχανήματος. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να τεκμηριώνονται αναλυτικά σε φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές και να αποτυπώνουν πλήρως και με λεπτομέρειες την συμμόρφωση με τα ζητούμενα. Για κάθε απάντηση που αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να υπάρχει παραπομπή στο επίσημο φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε πρωτότυπη δήλωση του.

- 1.1. Το είδος να είναι καινούριο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίο μοντέλο, αναγνωρισμένου οίκου.
- 1.2. Να είναι Ultra-Wide Band Multifrequency - Phased Array Sector Probe (ComfortScan) Acoustic Amplifier Technology, ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας: 1.3 - 4.0 MHz.
- 1.3. Να είναι κατάλληλη για εξετάσεις Καρδιολογικές, Παθολογικές (άνω-κάτω κοιλίας), Ουρολογικές, Παιδιατρικές, Διακρανιακές, Μαιευτικές(Καρδιά εμβρύου). (με δυνατότητα βιοψίας)
- 1.4. Να διαθέτει τεχνικές απεικόνισης: B-Mode, M-Mode, Color Doppler, Color Angio, Color M-Mode, PW/HPRF Doppler, CW Doppler, PW / Tissue, Coded Octave Imaging (Harmonic Imaging with Coded Phase Inversion), LVO Contrast, TDI/TVI, Tissue Tracking, SI/SRI, AFI, Auto EF, Real Time Triplex.
- 1.5. Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού βεβαίωση συμβατότητας από τον κατασκευαστικό οίκο του υπερηχοτομογράφου (τύπος LOGIQ e)