

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Αιτούμενα ανταλλακτικά – αναλώσιμα τα οποία θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα:

- 1) Ενδιάμεσο καλώδιο παλμικής οξυμετρίας (SpO₂) "Nellcor cable, 3 m, F, mcable", πολλαπλών χρήσεων, τύπου Nellcor, μήκους 3m. Να είναι σχεδιασμένο προς χρήση με τα monitors παρακολούθησης ασθενών Vista 120 & IACS

Πιστοποιημένα συμβατό από τον οίκο κατασκευής του μόνιτορ Draeger.

- 2) Αισθητήρας παλμικής οξυμετρίας (SpO₂) "Nellcor sensor DS100A", πολλαπλών χρήσεων, τύπου Nellcor® DURA (μανταλάκι δακτύλου). Να είναι σχεδιασμένος προς χρήση με τα monitors παρακολούθησης ασθενών Draeger Delta/Kappa/Kappa XL/Vista/Vista XL & Vista 120 & IACS

Πιστοποιημένα συμβατός από τον οίκο κατασκευής του μόνιτορ Draeger.

- 3) Ενδιάμεσο καλώδιο "ECG Defib TRUNK 3/5-LEADS", προς χρήση με 3/5 πολικό καλώδιο ΗΚΓ, σύνδεση μονής ακίδας (single-pin), μήκους 2.5m, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά. Να είναι κατασκευασμένο χωρίς latex (υποαλλεργικό) και χωρίς PVC εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο χρήσης των συνοδών ουσιών πλαστικοποίησης του PVC (softeners) όπως το πιο κοινό DEHP (τοξικό και καρκινογόνο).
- Να είναι σχεδιασμένο προς χρήση με τα monitors παρακολούθησης ασθενών Draeger Vista 120

Πιστοποιημένα συμβατό από τον οίκο κατασκευής του μόνιτορ Draeger.

- 4) 5-Πολικό καλώδιο ΗΚΓ "ECG cable 5-lead", με σύνδεση μονής ακίδας (single-pin), μήκους 1/1.5 m, πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά. Είναι κατασκευασμένο χωρίς σιλικόνη, χωρίς latex (υποαλλεργικό) και χωρίς PVC εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο χρήσης των συνοδών ουσιών πλαστικοποίησης του PVC (softeners) όπως το πιο κοινό DEHP (τοξικό και καρκινογόνο).
Να είναι σχεδιασμένο προς χρήση με τα monitor παρακολούθησης ασθενών Draeger

Πιστοποιημένα συμβατό από τον οίκο κατασκευής του μόνιτορ Draeger.

- 5) 5-Πολικό καλώδιο ΗΚΓ "ECG cable 5-lead", με σύνδεση μονής ακίδας (single-pin), μήκους 1.5 m, πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά. Κατασκευασμένο χωρίς latex και χωρίς PVC.
Να είναι σχεδιασμένο προς χρήση με τα monitors παρακολούθησης ασθενών Draeger Vista 120

Πιστοποιημένα συμβατό από τον οίκο κατασκευής του μόνιτορ Draeger.

Η ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO9001:2008 & EN ISO 13485:2016 με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων).

Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά

Τα υλικά απαραίτητα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Η προσφορά να συνοδεύεται από τον κατάλογο (prospectus) όπου θα παρουσιάζονται τα προσφερόμενα υλικά.