

## Θέμα : «Προμήθεια επιπλέον σωληναρίου»

Εν όψει της λειτουργίας της νέας σύμβασης για το μοριακό έλεγχο του αίματος και προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ποσότητα πλάσματος που φυλάσσεται για αρχείο παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα ( μέχρι τέλους Φεβρουαρίου) στην προμήθεια ενός επιπλέον σωληναρίου με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

- Διαστάσεις: 16x100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.
- Χωρητικότητας 9 -10ml με αντιπηκτικό 1.8mg/mL EDTA K2
- Να είναι κενού αέρα αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα
- Να φέρουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η περιεχόμενη ποσότητα του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης.
- Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία, EN ISO 11137, με sterility assurance level (SAL) της τάξεως 10<sup>-6</sup>.
- Να μην περιέχουν Latex, Dry Natural Rubber, Phthalates

Το σύνολο των λαμβανομένων δειγμάτων κατά την αιμοληψία θα είναι τέσσερα (4) ήτοι :

1. Ανοσοαιματολογικός έλεγχος
2. Ορολογικός έλεγχος
3. Μοριακός έλεγχος
4. Αρχείο

Δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των σωληναρίων που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.