

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, να είναι MAT και να έχουν άριστο φινίρισμα.
2. Να κατονομάζεται επίσης ρητώς και πλήρως επί ποινή αποκλεισμού (ονομασία, χώρα, διεύθυνση) ο κατασκευαστής- παραγωγός του κράματος των μετάλλων που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστικός οίκος για την κατασκευή των εργαλείων. Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO σε ισχύ του παραγωγού του κράματος των μετάλλων.
3. Στα εργαλεία να φαίνονται αποτυπωμένα .
Κωδικός που αντιστοιχεί στον κατάλογο του εργοστασίου.
SERIAL NUMBER του εργαλείου
Επωνυμία εργοστασίου
Επωνυμία της προμηθεύτριας εταιρείας
CE και χρονολογία κατασκευής
4. Να υπάρχει συμφωνία μεγεθών των προσφερομένων εργαλείων με τα ζητούμενα
5. Να κατατεθεί εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας των εργαλείων για 10 έτη από τον κατασκευαστικό οίκο.
6. Να κατατεθούν με την προσφορά της τεχνικής αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις κατηγορίες των αιτουμένων εργαλείων και απόλυτα σύμφωνα με τον όρο 3 των προδιαγραφών , επί ποινή αποκλεισμού.
7. Να υπάρχει δυνατότητα της προσφερόμενης εταιρείας για άμεση επισκευή και συντήρηση των χειρουργικών εργαλείων , με αποδεδειγμένη και εκπαιδευμένη δική της τεχνική υπηρεσία. Να κατατεθεί το ISO της προμηθεύτριας εταιρείας για εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων