



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΑΦΜ 999082972, Β' ΔΟΥ Ηρακλείου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τμήμα : Τεχνικό

Πληρ. : Μοδάτσου Χριστίνα

Τηλ. : 281340 1561

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : Ύψος : 0,85 - 0,90 εκ. περίπου

Πλάτος : 0,75 - 0.80 εκ. περίπου

Βάθος : 0,45 – 0,50 εκ.περίπου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ:

-Μία επιφάνεια εργασίας ενσωματωμένη στο κύριο σώμα του τροχήλατου, η οποία θα είναι από πλαστικό κατάλληλο γι νοσοκομειακή χρήση.

-Προστατευτικό πλαίσιο γύρω από την επιφάνεια εργασίας

--Χειρολαβές ωθήσεως

-4 συρτάρια κάθετα κατά το δεξιό ήμισυ και ένα ντουλάπι με ράφι στο εσωτερικό κατά το αριστερό ήμισυ. (με δυνατότητα αλλαγής του προτεινόμενου σχεδιασμού.)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ :

-Σκελετός

-Επιφάνεια εργασίας

-Ράφι από ανοξείδωτο σατινέ ISI 304

-4 τροχοί αντιστατικοί Φ125(100), με διάμετρο

-Προστατευτικό πλαίσιο Φ 10 (12) τουλάχιστον 4 εκ. περιμετρικά.

-Χειρολαβές ωθήσεως Φ 26 (32)

-Υποδοχή στο πλάϊ με κάδους απορριμμάτων (δύο)

-Υποδοχή για κάδους βελονών (στεφάνη).

-Υποδοχή στο πλάι για στατό ορού.

- Αφανής και συνεχής ηλεκτροσυγκολλητή ραφή.
- Συρτάρια με μηχανισμό αθόρυβης κίνησης.
- Επιλεγμένο φινίρισμα, στρογγυλεμένες γωνίες.

Να υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης δείγματος στο χώρο του Νοσοκομείου εάν αυτό ζητηθεί.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO
ΣΗΜΑΝΣΗ CE

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 10 ΧΡΟΝΙΑ