



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. Η. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ
Πληροφορίες: ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗ ΦΙΛΙΑ
Τηλ.2813401406

Ηράκλειο 18-12-2025

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΣΗΣ – ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1.1 Κανονισμοί – Πρότυπα

- A. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 Αποθήκευση και διανομή αερίων για ιατρική χρήση.
- B. Κανονισμοί BS, ISO, DIN, NF, κλπ.

1.2 Περιγραφή

Τα ροόμετρα θα είναι κατάλληλα για ιατρική χρήση σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς.

Θα είναι τύπου επίτοιχης λήψης FRO ή EN-7370-6 (θα γίνει συνενόηση με την Τεχνική Υπηρεσία). Θα φέρουν:

- Υαλοδείκτη ένδειξης ροής
- Διαφανή φιάλη υγραντήρα οξυγονοθεραπείας, άθραυστη, με ένδειξη μεγίστου-ελαχίστου.

Οι συνδέσεις, σπειρώματα, στεγανώσεις κλπ. θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Το μήκος του ρουζουνιού θα κατασκευαστεί μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία

Η ρύθμιση ροής θα είναι ακριβής, με δυνατότητα ρύθμισης 0-15lt/min και θα επιτυγχάνεται με περιστροφικό διακόπτη.

Το ροόμετρο θα είναι εφοδιασμένο με περιστροφικό διακόπτη μεταγωγής ροής είτε μέσω υγραντήρα οξυγονοθεραπείας είτε μέσω ακροφυσίου. Ο διακόπτης θα είναι τετάρτου στροφής, πάνω στο σώμα του ροόμετρου, με άξονα περιστροφής κάθετο στον διαμήκη άξονα του υαλοδείκτη ώστε να μην καταπονείται η λήψη κατά την περιστροφή. Το ακροφύσιο θα βρίσκεται στο σώμα της συσκευής.

Ο υγραντήρας θα μπορεί να αποστειρωθεί θερμοκρασία έως 120°C. Θα φέρει διάταξη διάχυσης οξυγόνου.

Θα φέρει πιστοποίηση CE ιατρικής χρήσης.

Θα διαθέτει εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά.

1.3 Ειδικό όροι

Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 έτη

Εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών :10 έτη

Θα προσκομίστούν όλες οι πιστοποιήσεις.