



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν.Η. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ"
Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



Ηράκλειο 12-12-2025

Πληροφορίες: Τζατζαράκη Φιλία
Τηλέφωνο: 2813401406

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2LIT

Περιγραφή

Η φιάλη θα είναι κατάλληλα για ιατρική χρήση σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς.

- θα έχει διάμετρο 11cm και ύψος 45cm (μαζί με το κλείστρο της φιάλης)
- θα είναι καινούργια και αμεταχείριστη, κατασκευασμένη από αλουμινίου, βαμμένη λευκή, με κλείστρο-στρόφυγα 25Ε.
- θα έχει χωρητικότητα σε νερό 2 lit, πλήρης αερίου
- θα έχει πίεση λειτουργίας 200 bar και πίεση δοκιμής 300 bar,
- θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το τεχνικό πρότυπο EN ISO 9809-1,
- θα έχει πάτο τύπου concave,
- θα φέρει χαραγμένες στο λαιμό της, τις ακόλουθες ενδείξεις: Serial No., είδος αερίου (οξυγόνο), πίεση λειτουργίας σε bar, πίεση δοκιμής σε bar, χωρητικότητα σε lit, σήμα κατασκευαστή, μήνα & έτος κατασκευής, βάρος φιάλης σε Kg χωρίς κλείστρο και καπάκι, σφραγίδα του κοινοποιημένου οργανισμού ελέγχου και το τεχνικό πρότυπο κατασκευής,
- θα φέρει δακτυλίδι λαιμού και κλειστό καπάκι τύπου S,
- θα φέρει κλείστρο γαλλικού τύπου με στόμιο πλήρωσης
- η κατασκευάστρια εταιρία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001