



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων και λοιπών υλικών για τα συστήματα επεξεργασίας νερού στο τμ. Αποστείρωσης και της Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Ειδικότερα:

1. Ανταλλακτικό φίλτρο σακούλας 25μ, ενδεικτ. τύπος BP-420-25, για φιλτροθήκη PBH420, PENTEK - τεμ. 5.
2. Ανταλλακτικές σίτες 50μ κελύφους φίλτρου σίτας ενδ. τύπου nw25-1 cintropur, eutrfb428 (σετ των 5 τεμαχίων) - πλήθος σετ: 3.
3. Ανταλλακτικές σίτες 100μ κελύφους φίλτρου σίτας ενδ. τύπου nw25-1 cintropur, eutrfb429 (σετ των 5 τεμαχίων) -πλήθος σετ: 3.
4. Μπαταρία διατήρησης δεδομένων σε plc, programmable controller OMRON, CQM1 ή ισοδύναμο – τεμ. 1.

Ειδικές απαιτήσεις

1. Τα προϊόντα θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς και ευρωπαϊκές διατάξεις και κανονισμούς για τον σχεδιασμό και την κατασκευή τους.
2. Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά καταλληλότητας για πόσιμο νερό των ειδών καθώς και τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 κ.α. της κατασκευάστριας εταιρείας σε ισχύ.
3. Θα προσκομιστούν πιστοποιήσεις για την ικανότητα φίλτρανσης των προσφερόμενων ειδών.
4. Θα αποσταλούν τεχνικά εγχειρίδια (prospectus).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ