

Προδιαγραφές Εργασίας – Τοποθέτησης ανταλλακτικών Καρδιογράφου model : Mac 2000

- Εγκατάσταση Πόρτας θερμικού εκτυπωτή με γρανάζι και ρόλερ αποκλειστικά για Καρδιογράφο model : Mac 2000 κατασκευαστικού οίκου : GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS
- Ο προσφέρων πρέπει να είναι επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα, προσκομίζοντας σχετική έγγραφη βεβαίωση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση μη γνήσιων ή αμφιβόλου προέλευσης ανταλλακτικών δεν συνιστάται, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στο σύστημα του καρδιογράφου.