

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ

Για την ασφαλή διαδικασία συναρμολόγησης και εγκατάστασης του Συστήματος Εξωσωματικής Λιθοτριψίας DORNIER EMSE 220 F-XP. σε χώρο που έχει ήδη επιλεγεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, απαιτείται η Ανάδοχος εταιρεία να είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου DORNIER MEDTECH GmbH στην Ελλάδα, για την πώληση, την συντήρηση και την επισκευή των συστημάτων της, με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Η διαδικασία της εγκατάστασης και παράδοσης θα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

- Συναρμολόγηση τράπεζας, χειριστηρίου, C-ARM, ηλεκτρικό πίνακα παροχής και μονάδας κρούσεων
- Μηχανική εγκατάσταση και στήριξη στην οριστική θέση όλων των τμημάτων της μονάδας λιθοτριψίας
- Εγκατάσταση καναλιών διέλευσης καλωδιώσεων όλων των υπομονάδων.
- Σύνδεση όλων των καλωδιώσεων
- Ρύθμιση και παραμετροποίηση όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και μηχανικών μερών της μονάδας λιθοτριψίας.
- Συντήρηση όλης της μονάδας, εκτέλεση πρωτοκόλλου ασφαλείας, έλεγχο ηλεκτρικής ασφάλειας και παράδοση προς χρήση.