

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΝΗ ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ**

Για την ασφαλή αποσυναρμολόγηση παλετοποίηση και μεταφορά του συστήματος DORNIER EMSE 220 F-XP, σε χώρο που έχει ήδη επιλεγεί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, απαιτείται η Ανάδοχος εταιρεία να είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου DORNIER MEDTECH GmbH στην Ελλάδα, για την πώληση, την συντήρηση και την επισκευή των συστημάτων της, με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Η διαδικασία της αποσυναρμολόγησης περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

- Εκκένωση δοχείων, ψυγείων, αντλιών και σωληνώσεων από τα υγρά και ταυτόχρονος καθαρισμός αυτών.
- Αποσυναρμολόγηση τράπεζας, χειριστηρίου, C-ARM, ηλεκτρικό πίνακα παροχής και μονάδας κρούσεων.
- Σήμανση και λύση όλων των καλωδιώσεων.
- Αποσυναρμολόγηση του χειριστηρίου και άρση των καλωδιώσεων από την οροφή.
- Σταθεροποίηση, κιβωτιοποίηση ή παλετοποίηση των μονάδων και κάλυψη των τμημάτων για την προστασία τους.
- Μεταφορά συγκροτήματος σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης σε κτίριο εντός του Νοσοκομείου.

Η ΕΠΕΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ