



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί εξ ολοκλήρου τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Να αναφερθεί με ακρίβεια ο τύπος (μοντέλο), ο οίκος κατασκευής καθώς και η χώρα προέλευσης του μηχανήματος. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να τεκμηριώνονται αναλυτικά σε φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές και να αποτυπώνουν πλήρως και με λεπτομέρειες την συμμόρφωση με τα ζητούμενα. Για κάθε απάντηση που αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να υπάρχει παραπομπή στο επίσημο φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε πρωτότυπη δήλωση του.

- 1.1. Να είναι καινούριο σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίο μοντέλο, αναγνωρισμένου οίκου.
- 1.2. Να προσφερθεί φορητός συγκολλητής για χρήση σε εξωτερικές εξορμήσεις. Να είναι ασύρματος με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και να διαθέτει βάση στάθμευσης και επαναφόρτισης ταυτόχρονα. Το βάρος του συγκολλητή να είναι περίπου <650gr.
- 1.3. Να ανιχνεύει αυτόματα το είδος του σωληνάριου που συγκολλάται ώστε οι συγκολλήσεις να είναι υψηλής ποιότητας και να κόβονται με ασφάλεια απλά τραβώντας το σωληνάκι. Για το σκοπό αυτό να διαθέτει ειδικό αλγόριθμο για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συγκόλλησης ανεξαρτήτως του χρησιμοποιούμενου σωληνάριου.
- 1.4. Να παρέχει γρήγορη συγκόλληση.
- 1.5. Να είναι πάντα σε ετοιμότητα.
- 1.6. Να φέρει οπτικές ενδείξεις σχετικά με την ικανότητά του για συγκόλληση, για την κατάσταση της μπαταρίας του και για τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται.
- 1.7. Να αποτελείται από τον φορητό συγκολλητή και τη βάση στάθμευσης του συγκολλητή που να είναι ταυτόχρονα και φορτιστής μπαταρίας, ώστε η συσκευή να μπορεί να φορτίζεται ταυτόχρονα με τη στάθμευσή της.
- 1.8. Να φέρει ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την αποφυγή υπερθέρμανσής του.
- 1.9. Το διαθέτει προστατευτικό της κεφαλής συγκόλλησης, το οποίο σε περίπτωση διαρροής, να είναι εύκολο να βγει να καθαριστεί και να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειάς του.
- 1.10. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ακόμη και όταν ο δότης είναι συνδεδεμένος με το σωληνάκι προς συγκόλληση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- 2.1. Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος. Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει με την προσφορά του, τυχόν προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές, συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου, προκειμένου να υλοποιηθεί η παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.
- 2.2. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) χρόνια τουλάχιστον και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
- 2.3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, εντός 24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του.
- 2.4. Να δοθούν πλήρη στοιχεία για την οργάνωση του service του Προμηθευτή, ο οποίος πρέπει να έχει επαρκή εμπειρία στο συγκεκριμένο είδος, καθώς και πελατολόγιο του προσφερόμενου είδους.
- 2.5. Να δοθούν βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου, από τις οποίες να φαίνεται ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης και ότι επαρκής αριθμός στελεχών του Προμηθευτή έχουν εκπαιδευτεί από τον οίκο κατασκευής του προϊόντος.
- 2.6 Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485 και ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485 και ISO 37001. Να διαθέτει MDR (EU) 2017/745.
- 2.7. Να συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος.
- 2.8. Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση και τα μέτρα ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).
- 2.9. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.