

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ: OPT, STEELCO, FAVERO, HAWO - ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ**

Αναλυτικά ο καλυπτόμενος Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός και το κόστος ανά συσκευή αναγράφονται στον κάτωθι πίνακα:

Είδος	Τμήμα	Κόστος με ΦΠΑ
Χειρουργική τράπεζα OPT VANTO S/N:836	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	1.488,00 €
Πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων STEEL CO DS610/2D S/N: 1806310GY078	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	5.691,60 €
Πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων STEEL CO 600/2 S/N: 0961013	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	5.691,60 €
Πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων STEEL CO 600/2 S/N: 1061057	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	5.691,60 €
Κλίβανος STEEL CO VS 4/2 S/N: 12240	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	4.650,00 €
Κλίνη Εντατικής FAVERO 9LI50 S/N:200051310001 Δεν περιλαμβάνεται το αερόστρωμα	Μ.Ε.Θ	1.227,60 €
Κλίνη Εντατικής FAVERO 9LI50 S/N:200051310002 Δεν περιλαμβάνεται το αερόστρωμα	Μ.Ε.Θ	1.227,60 €
Κλίνη Εντατικής FAVERO 9LI50 S/N:200051500007 Δεν περιλαμβάνεται το αερόστρωμα	Μ.Ε.Θ	1.227,60 €
Κλίνη Εντατικής FAVERO 9LI50 S/N:200051500008 Δεν περιλαμβάνεται το αερόστρωμα	Μ.Ε.Θ	1.227,60 €
Συσκευή σφραγίσματος συσκευασιών HM 800 DC HAWO S/N: 400164/0404	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	868,00 €
Συσκευή σφραγίσματος συσκευασιών HM 800 DC HAWO S/N: 474554	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	868,00 €
Πλυντήριο απολύμανσης DS 500 SC STEELCO S/N:2002013FC130	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ	2.356,00 €
Χειρουργική τράπεζα OPT 80 S/N:498	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ	2.852,00 €
Χειρουργική τράπεζα OPT 80 S/N:499	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ	2.852,00 €

Χειρουργική τράπεζα OPT 80 S/N:493	ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ	2.852,00 €
ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ		40.771,20 €
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ		20.385,60 €

A) ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η συντήρηση και επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο», όπως περιγράφεται στο συνημμένο Πίνακα και συγκεκριμένα η προληπτική συντήρηση, για τη διατήρηση της υψηλής διαγνωστικής ικανότητας και απόδοσης των μηχανημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, όπως αυτές αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης (service manuals), καθώς και η εκτέλεση απεριόριστου αριθμού επανορθωτικών συντηρήσεων (αποκατάσταση βλαβών).

Η Ανάδοχος εταιρεία με βεβαίωση θα φαίνεται ότι αποτελεί την μοναδική εξουσιοδοτημένη από τους κατασκευαστικούς οίκους εταιρεία, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων OPT, STEELCO, FAVERO, HAWO στην Ελλάδα.

Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, με αποκλειστικά δικούς της ή εξουσιοδοτημένους, πιστοποιημένους και εκπαιδευμένους από την ίδια τεχνικούς, την πλήρη κάλυψη (service) επανορθωτικών συντηρήσεων, απεριόριστου αριθμού βλαβών, προληπτικών συντηρήσεων, ανταλλακτικών και κιτ συντήρησης (service kits), βάσει των απαιτήσεων των κατασκευαστικών οίκων.

Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας στην έδρα του Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο», οι δαπάνες παραμονής και οι δαπάνες επιστροφής του, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η διάρκεια της σύμβασης συντήρησης θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών ή έως συναφθεί σύμβαση συντήρησης για τον εξοπλισμό αυτόν από άλλη διαγωνιστική διαδικασία του Νοσοκομείου (Διεθνή Διαγωνισμό άνω των ορίων – Διακήρυξη 50/2025).

B) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η σύμβαση προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης με ανταλλακτικά θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία και αξιοποίηση του εξοπλισμού και θα περιλαμβάνει:

1. Ανταπόκριση εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας (24 ωρών) από την αναγγελία της βλάβης
2. Επισκέψεις για προληπτικές συντηρήσεις
 - Χειρουργικές τράπεζες OPT (1/εξάμηνο)
 - Πλυντήρια Χειρουργικών εργαλείων & Πλυντήριο Απολύμανσης STEELCO, (1/εξάμηνο)
 - Κλίβανος STEELCO (2/εξάμηνο)
 - Κλίνες εντατικής FAVERO (1/εξάμηνο)

- Συσκευές σφραγίσματος συσκευασιών HAWO (1/εξάμηνο)
3. Περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά
 4. Την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών που μπορεί να προκληθούν οφειλόμενων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση
 5. Εργασία τεχνικών
 6. Απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών
 7. Τις προληπτικές συντηρήσεις για κάθε μηχάνημα στο διάστημα που πρέπει να γίνονται.

Η σύμβαση δεν περιλαμβάνει:

1. Μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση του εξοπλισμού
2. Βλάβες που πιθανώς θα προκληθούν από θεομηνίες (σεισμό, πυρκαγιές κ.α)
3. Ανεπαρκής παροχές ή παροχές κακής ποιότητας, όπως νερό, ρεύμα κ.α
4. Βλάβες που προκλήθηκαν στον εξοπλισμό κατόπιν επεμβάσεων από το ίδρυμα ή τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
5. Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης του εξοπλισμού σε νέους χώρους.
6. Τα αναλώσιμα είδη.

Γ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Στην παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί με τις αντίστοιχες έννοιες:

1. «Προληπτική Συντήρηση» είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, ο περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των μηχανημάτων. Συμπεριλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, καθαρισμός, η αναγκαία λίπανση των μηχανικών τμημάτων καθώς και οι δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας. Επίσης συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα κιτ συντήρησης (service kits), όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια λειτουργίας και τις οδηγίες του εργοστασίου και πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα πάντα με τις ανάλογες οδηγίες. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει την αντικατάσταση του συνόλου των φθαρμένων ανταλλακτικών από συνήθη χρήση, εξαιρουμένων των πάσης φύσεως αναλωσίμων υλικών .
2. «Επανορθωτική Συντήρηση» είναι η οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την επιδιόρθωση βλαβών των μηχανημάτων που γνωστοποιούνται προς την εταιρεία είτε κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης, είτε κατά τα μεσολαβούντα διαστήματα μεταξύ των επισκέψεων αυτών.
3. «Υποχρεωτικές βελτιώσεις» είναι οι σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, απαιτούμενες υποχρεωτικές τεχνικές μετατροπές καθώς και τα ανταλλακτικά για την βελτίωση των υπαρχουσών ελέγχων των μηχανημάτων.

4. «Αναλώσιμα» θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των μηχανημάτων, των οποίων ο χρόνος ζωής περιορίζεται από την χρήση τους.

Δ) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία υποχρεούται να πραγματοποιεί προληπτικές συντηρήσεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστικού οίκου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης και κατά χρονικά διαστήματα λογικά απέχοντα μεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιμων ωρών και ημερών επί τη βάση ενός χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Γ.Ν. «Βενιζέλιο-Πανάνειο» και της εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων. Το χρονοδιάγραμμα θα αποστέλλεται στο τμήμα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίσει στο Νοσοκομείο το ετήσιο πρόγραμμα αργιών της, εφόσον αυτές διαφέρουν από τις επίσημες αργίες του Κράτους.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση προς έλεγχο απεριόριστου αριθμού βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησής του Γ.Ν. «Βενιζέλιο – Πανάνειο», και εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών με αποστολή τεχνικού.

3. Όλες οι εργασίες θα γίνονται κατόπιν ενημέρωσης και συμφωνίας με το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και παρουσία μηχανικών του τμήματος ΒΙΤ του Γ.Ν. «Βενιζέλιο-Πανάνειο».

4. Η εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Γ.Ν. «Βενιζέλιο-Πανάνειο» αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Το δελτίο θα παραδίδεται με ευθύνη του τεχνικού της αναδόχου εταιρείας στο τμήμα ΒΙΤ. Επιπλέον η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει επίσημο πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας και ηλεκτρικής ασφάλειας μετά από κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης. Η εταιρεία αναλαμβάνει την διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων.

5. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεμα ανταλλακτικών στις αποθήκες της, για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση του Γ.Ν. «Βενιζέλιο-Πανάνειο». Για τα συστήματα των οποίων έχουν παρέλθει πάνω από δέκα (10) έτη από την οριστική τους παραλαβή, και ο κατασκευαστικός οίκος ανακοινώσει την παύση διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για κάποιο μηχάνημα ή μέρος αυτού, η εταιρεία θα ειδοποιήσει εγγράφως το ΓΝ «Βενιζέλιο-Πανάνειο».

6. Για τα συστήματα των οποίων έχουν παρέλθει πάνω από δέκα (10) έτη από την οριστική τους παραλαβή και αποδεδειγμένα η ακινητοποίησης οφείλεται στη μη διάθεση ανταλλακτικών από τον κατασκευαστικό οίκο (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά ο χρόνος υποχρεωτικής κάλυψης με ανταλλακτικά από τη σύμβαση προμήθειας του εξοπλισμού) και το σύστημα παραμένει οριστικά εκτός λειτουργίας, το τμήμα της σύμβασης που αφορά στο εν λόγω μηχάνημα θα παύει, αυτομάτως και αζημίως για αμφοτέρους τους συμβαλλομένους και η σύμβαση θα

συνεχίσει να ισχύει για τα υπόλοιπα μηχανήματα. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα ειδοποιήσει εγγράφως το Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» και η εν λόγω σύμβαση θα λύεται σε ότι αφορά το συγκεκριμένο μηχάνημα τη συγκεκριμένη ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης. Η δε τιμολόγηση της σύμβασης θα γίνεται αντίστοιχα σε ότι αφορά το συγκεκριμένο μηχάνημα έως τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Παράλληλα θα αφαιρείται από τα τιμολόγια το κατά χρονική αναλογία υπολειπόμενο έως τη λήξη της σύμβασης ποσό για το μηχάνημα αυτό.

7. Η εταιρεία οφείλει να ενημερώνει το Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» σχετικά με τις βελτιώσεις του μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος. Θα προσκομίσει βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι έχει τη δυνατότητα βελτιώσεων-αναβαθμίσεων του προς συντήρηση εξοπλισμού έως της τελευταίας έκδοσης τους. Επίσης, πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευαστικό οίκο, με αντίστοιχες βεβαιώσεις, να μπορεί να πραγματοποιεί διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών.

8. Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος εκτός λειτουργίας (down time) του μηχανήματος να μην υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες (240 ώρες) ετησίως. Ως χρόνος εκτός λειτουργίας ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το Συγκρότημα τίθεται εκτός λειτουργίας, δηλαδή όταν δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις για τις οποίες προορίζεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου και στο επίπεδο ποιότητας και ποσότητας που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν το μηχάνημα τεθεί σε κατάσταση εκτός λειτουργίας από αποδεδειγμένο κακό ή πλημμελή χειρισμό ή κακή παροχή κατά ποσότητα και ποιότητα των πόρων που υποχρεούται να διαθέτει το Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» και για τους οποίους δεν έχει ευθύνη η εταιρεία.

9. Η εταιρεία οφείλει να έχει πιστοποίηση κατά το EN ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος.

10. Στην σύμβαση συντήρησης δεν θα περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.