

**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΚΑΠΥ**

Οι κωδικοί νοσοκομείου

**339421,339442,339418,339417,339427,339422,339425,339415,3339414**

αντιστοιχούν στις προδιαγραφές της **κατηγορίας 7Α**: Πολύκλιωνα συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα μέσης απορρόφησης που αποτελούνται από γλυκολίδη/λακτίδη. Να παρέχουν στήριξη ιστών διατηρώντας το 80% της τάσεως τους για 14 ημέρες μετά την εμφύτευση και το 30% για τις 21 μέρες. Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό σε περίπου 56-70 ημέρες. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω κατά AISI, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5%, ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση.

Οι κωδικοί νοσοκομείου **389260,395971,395973** αντιστοιχούν στις προδιαγραφές της **κατηγορίας 1**: Πλεκτή μέταξα με και χωρίς βελόνη.