

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ HETTICH ROTO SILENTA
630RS S/N:0000384

Απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επισκευή της Φυγοκέντρου HETTICH ROTO SILENTA
630RS S/N: 0000384

AXIAL VENTILATOR DIAM. 300, 230 V

OPERATING CAPACITOR 2,0uF/5%

Η Ανάδοχος εταιρεία η οποία θα προσφέρει τα άνω ανταλλακτικά απαιτείται:

- Να είναι εξουσιοδοτημένη για την τεχνική υποστήριξη και την διάθεση των ανταλλακτικών στην Ελλάδα, και να διαθέτει μόνο γνήσια, καινούργια και πιστοποιημένα ανταλλακτικά από τον κατασκευαστικό οίκο της Φυγοκέντρου HETTICH ROTO SILENTA 630RS S/N: 0000384
- Να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO9001:2008 & EN ISO 13485:2003 με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση μη γνήσιων ή αμφιβόλου προέλευσης ανταλλακτικών δεν συνιστάται, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στο σύστημα.