

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 12°

1. Να προσφερθεί ουρολογική οπτική πλάγιας οράσεως 12°,
 - 1.1. Να είναι διαμέτρου 4χιλ., και μήκους περίπου 30εκ., με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - 1.2. Να διαθέτει ραβδόμορφους φακούς, μετάδοσης εικόνας, μεγεθυμένης απεικόνισης.
 - 1.3. Η μετάδοση φωτισμού να γίνεται μέσω οπτικών ινών.
 - 1.4. Να αποστειρώνεται σε υγρό κλίβανο – Autoclavable.
 - 1.5. Να διαθέτει ενσωματωμένους αντάπτορες για σύνδεση με καλώδια ψυχρού φωτισμού διάφορων κατασκευαστών, όπως STORZ, OLYMPUS, ACMI, WOLF, κλπ..
 - 1.6. Να διαθέτει υψηλής ποιότητας αντιανακλαστικό επίχρισμα για εξαιρετική απεικόνιση.
 - 1.7. Ο προσοφθάλμιος φακός να είναι από αντιχαρκατικό κρύσταλλο ζαφειριού.
 - 1.8. Να είναι υψηλής αντίθεσης και υψηλής ευκρίνειας, κατάλληλη για χρήση με κάμερα υψηλής ανάλυσης full HD και 4K.
 - 1.9. Να διαθέτει χρωματική κωδικοποίηση για εύκολη αναγνώριση της γωνίας οράσεως
 - 1.10. Να είναι απολύτως συμβατά με τον ουρολογικό εξοπλισμό STORZ, του νοσοκομείου
 - 1.11. Σε περίπτωση προσφοράς ειδών διαφορετικού κατασκευαστή από τον υπάρχοντα εξοπλισμό STORZ, να διατεθεί δείγμα προς επιβεβαίωση της συμβατότητας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού.
 - 1.12. Να κατατεθεί αναλυτικός πίνακας συμμόρφωσης με παραπομπές, και επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή.
 - 1.13. Προσφορές που δεν συνοδεύονται από πίνακα συμμόρφωσης με παραπομπές και επίσημα φυλλάδια θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.