

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
OLYMPUS CF-Q165 S/N:2419119

Απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επισκευή του VIDEO Γαστροσκοπίου OLYMPUS CF-Q165 S/N: 2419119 :

Μονάδα εισαγωγής ασθενή - προστατευτικό φακών - προστατευτικό σωλήνα- μονάδα φακών φωτισμού L & S ΚΟΧΛΙΑΣ U-D & R-L ΦΡΕΝΟ R-L ΕΛΑΣΜΑ CP -KS-ΜΟΥΤΗΡΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΒΑΣΗ ΕΠΑΦΩΝ ΠΛΑΚΕΤΑ RF-ID ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ID ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΣΕΤ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Η Ανάδοχος εταιρεία η οποία θα προσφέρει τα άνω ανταλλακτικά απαιτείται:

- Να είναι εξουσιοδοτημένη για την τεχνική υποστήριξη και την διάθεση των ανταλλακτικών στην Ελλάδα, και να διαθέτει μόνο γνήσια, καινούργια και πιστοποιημένα ανταλλακτικά από τον κατασκευαστικό οίκο του Γαστροσκοπίου OLYMPUS CF-Q165 S/N: 2419119
- Να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO9001:2008 & EN ISO 13485:2003 με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση μη γνήσιων ή αμφιβόλου προέλευσης ανταλλακτικών δεν συνιστάται, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στο σύστημα.