

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ VIDEO ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ**  
**OLYMPUS CF-Q165L S/N:2701452**

Απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επισκευή του VIDEO Κολονοσκοπίου OLYMPUS CF-Q165L S/N: 2701452 :

Μονάδα εισαγωγής ασθενή - προστατευτικό φακών - προστατευτικό σωλήνα- μονάδα φακών φωτισμού – μονάδα Υποδοχής βαλβίδας αέρα & νερού - Μονάδα υποδοχής βαλβίδας αναρρόφησης - φρένο L-R - CP PLATE - καλώδιο διακοπών - βοηθητικό κανάλι JET - Βάση επαφών συνδετικού - μονάδα διακοπών - σωλήνας συνδετικού – KIT BOX

Η Ανάδοχος εταιρεία η οποία θα προσφέρει τα άνω ανταλλακτικά απαιτείται:

- Να είναι εξουσιοδοτημένη για την τεχνική υποστήριξη και την διάθεση των ανταλλακτικών στην Ελλάδα, και να διαθέτει μόνο γνήσια, καινούργια και πιστοποιημένα ανταλλακτικά από τον κατασκευαστικό οίκο του κολονοσκοπίου OLYMPUS CF-Q165L S/N: 2701452
- Να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO9001:2008 & EN ISO 13485:2003 με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

Η χρήση μη γνήσιων ή αμφιβόλου προέλευσης ανταλλακτικών δεν συνιστάται, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στο σύστημα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΡΤΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗ ΦΙΛΙΑ

ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ