

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ PHILIPS
MODEL: EFFICIA CM100**

Απαιτούμενα ανταλλακτικά ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ PHILIPS MODEL: EFFICIA CM100

LI-ION 9 CELL BATTERY PACK (ΤΕΜΑΧΙΑ 5)

Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ MONITOR PHILIPS CM100
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
- ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΟ IEC 62133
- ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ
- ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Η Ανάδοχος εταιρεία η οποία θα προσφέρει το άνω ανταλλακτικό απαιτείται:

- Να διαθέτει τεχνικά εκπαιδευμένο προσωπικό εξειδικευμένο στην επισκευή και συντήρηση του συγκεκριμένου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με αποδεδειγμένη εμπειρία και εκπαίδευση, η οποία θα αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
 1. Πιστοποίηση ή εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο ή
 2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο εξοπλισμό συνοδευόμενη από σχετικές συμβάσεις με δημόσια νοσοκομεία ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από υπηρεσίες δημόσιων νοσοκομείων.
- Να διαθέτει μόνο καινούργια και αμεταχείριστα ανταλλακτικά.
- Να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO9001:2008 & EN ISO 13485:2003 με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση μη γνήσιων ή αμφιβόλου προέλευσης ανταλλακτικών δεν συνιστάται, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό.

Σε περίπτωση αστοχίας των ανταλλακτικών η ανάδοχος εταιρεία θα προχωρήσει στην αντικατάσταση αυτών χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.