

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ MODEL : CITADEL 2000 - SN: CB1976E1205 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ EPREDIA-SHANDON DIAGNOSTICS LIMITED UK
2. ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ MODEL: MICROM HM355S-3 - SN : S16050779 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ EPREDIA – SHANDON DIAGNOSTICS LIMITED UK
3. ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ MODEL: MICROM HM355S-3 - SN : S2207084IEP ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ EPREDIA – SHANDON DIAGNOSTICS LIMITED UK
4. ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ PFM 3006EM - SN : 300343 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ PFM

Για την συντήρηση των άνω μηχανημάτων η ανάδοχος εταιρεία απαιτείται να κάνει τις παρακάτω ενέργειες

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ CITADEL 2000

- Καθαρισμός και λίπανση όλων των μηχανικών μερών του μηχανήματος
- Ρύθμιση αξόνων της μεταφοράς του καλαθιού των δειγμάτων
- Έλεγχος των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
- Έλεγχος σωστής λειτουργίας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΤΟΜΩΝ MICROM HM355S-3 & PFM 3006EM

- Καθαρισμός και λίπανση όλων των μηχανικών μερών των μηχανημάτων
- Καθαρισμός και λίπανση της μικρομετρικής κλίμακας
- Ρύθμιση και σύσφιξη της βάσης του μαχαιριού και της βάσης του δείγματος
- Έλεγχος των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
- Έλεγχος σωστής λειτουργίας

Επίσης η Ανάδοχος εταιρεία απαιτείται να:

- Να διαθέτει τεχνικά εκπαιδευμένο προσωπικό εξειδικευμένο στην επισκευή και συντήρηση του συγκεκριμένου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με αποδεδειγμένη εμπειρία και εκπαίδευση, η οποία θα αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
 1. Πιστοποίηση ή εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο ή
 2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο εξοπλισμό συνοδευόμενη από σχετικές συμβάσεις με δημόσια νοσοκομεία ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από υπηρεσίες δημόσιων νοσοκομείων.

- Να έχει την δυνατότητα να χειρίζεται την οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία του συγκεκριμένου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

- Η εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Το δελτίο θα παραδίδεται με ευθύνη του τεχνικού της αναδόχου εταιρείας στο τμήμα ΒΙΤ. Επιπλέον η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει επίσημο πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας μετά από κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης.

- Μετά το πέρας της εργασίας συντήρησης η εταιρεία εφόσον απαιτούνται ανταλλακτικά προς αντικατάσταση θα πρέπει να προβεί σε εκ νέου προσφορά με την ανάλογη χρέωση. . Οι εργασίες συντήρησης απαιτείται να γίνουν στον χώρο του νοσοκομείου.

- Να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO9001:2008 & EN ISO 13485:2003 με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά.