

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ LNCS, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MASIMO, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ DRAEGER
2. ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ LNCS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MASIMO, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ DRAEGER

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

- ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ (ΚΟΥΜΠΩΜΑ) LNCS
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MASIMO SET
- ΝΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MASIMO SET
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MASIMO
- ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

- ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ (ΚΟΥΜΠΩΜΑ) LNCS
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ MASIMO LNC-10
- ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ 3 ΜΕΤΡΑ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ MASIMO SET
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MASIMO
- ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Η Ανάδοχος εταιρεία η οποία θα προσφέρει τα άνω ανταλλακτικά απαιτείται:

- Να διαθέτει τεχνικά εκπαιδευμένο προσωπικό εξειδικευμένο στην επισκευή και συντήρηση του συγκεκριμένου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με αποδεδειγμένη εμπειρία και εκπαίδευση, η οποία θα αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
 1. Πιστοποίηση ή εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο ή
 2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο εξοπλισμό συνοδευόμενη από σχετικές συμβάσεις με δημόσια νοσοκομεία ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από υπηρεσίες δημόσιων νοσοκομείων.
- Να διαθέτει μόνο καινούργια και αμεταχείριστα ανταλλακτικά.
- Να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO9001:2008 & EN ISO 13485:2003 με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση μη γνήσιων ή αμφιβόλου προέλευσης ανταλλακτικών δεν συνιστάται, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό.

Σε περίπτωση αστοχίας των ανταλλακτικών η ανάδοχος εταιρεία θα προχωρήσει στην αντικατάσταση αυτών χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.