

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ BIOCARE MODEL: IE 3

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ BIOCARE MODEL: IE 3

- ECG data acquisition box with independent lead wire για 12 κανάλια ecg, Φ4mm banana plug, defi, IEC. Το ανταλλακτικό να είναι γνήσιο και πιστοποιημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία του οίκου BIOCARE
- Μπαταρία γνήσια για καρδιογράφο biocare model : IE 3 , HYLB-722 , 2200mAh / 14.8volt διαστάσεων : 73x70x20mm

Η Ανάδοχος εταιρεία η οποία θα προσφέρει τα άνω ανταλλακτικά απαιτείται:

- Να διαθέτει τεχνικά εκπαιδευμένο προσωπικό εξειδικευμένο στην επισκευή και συντήρηση του συγκεκριμένου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με αποδεδειγμένη εμπειρία και εκπαίδευση, η οποία θα αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
 1. Πιστοποίηση ή εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο ή
 2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο εξοπλισμό συνοδευόμενη από σχετικές συμβάσεις με δημόσια νοσοκομεία ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από υπηρεσίες δημόσιων νοσοκομείων.
- Να διαθέτει μόνο καινούργια και αμεταχείριστα ανταλλακτικά.
- Να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO9001:2008 & EN ISO 13485:2003 με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση μη γνήσιων ή αμφιβόλου προέλευσης ανταλλακτικών δεν συνιστάται, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό.

Σε περίπτωση αστοχίας των ανταλλακτικών – αναλωσίμων η ανάδοχος εταιρεία θα προχωρήσει στην αντικατάσταση αυτών χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση