



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7^Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΡΩΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί εξ ολοκλήρου και απαρέγκλιτα τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Να αναφερθεί με ακρίβεια ο τύπος (μοντέλο), ο οίκος κατασκευής καθώς και η χώρα προέλευσης του στρώματος. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να τεκμηριώνονται αναλυτικά σε φύλλο συμμόρφωσης και να αποτυπώνουν πλήρως και με λεπτομέρειες την συμμόρφωση ή μη με τα ζητούμενα. Για κάθε απάντηση που αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να υπάρχει παραπομπή στο επίσημο φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε πρωτότυπη δήλωση του.

1. Να είναι κατάλληλο για την ασφαλή και ταχύτατη απομάκρυνση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα ή/και με απώλεια συνείδησης, μέσω ολίσθησης σε κάθε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τόσο σε οριζόντιες επιφάνειες όσο και σε σκάλες .
2. Το στρώμα να είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλης πυκνότητας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής, τοποθετημένο σε ειδική αποσπώμενη θήκη για προστασία έναντι εισροής υγρών . Να τεκμηριώνεται από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.
3. Να διαθέτει επιπλέον και εξωτερικό αποσπώμενο κάλυμμα, η κάτω πλευρά του οποίου να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό υψηλής αντοχής στην τριβή, κατάλληλο για χρήση σε σκάλες και δάπεδα. (Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής).
4. Το κάλυμμα να είναι βραδύκαυστο σύμφωνα με το πρότυπο EN597, αντιμικροβιακό, με δυνατότητα απολύμανσης και πλύσης σε πλυντήριο.
5. Η ασφάλεια της τοποθέτησης του ατόμου προς μεταφορά να επιτυγχάνεται μέσω:

- I. Τριών υφασμάτινων προεκτάσεων (δύο πλευρικών και ενός στο κάτω μέρος των ποδιών) που να καλύπτουν πλήρως το σώμα του και να αποτρέπει την ολίσθηση του κατά τη μεταφορά. Να διαθέτει σύστημα ασφαλούς ακινητοποίησης και συγκράτησης του μεταφερόμενου ατόμου, το οποίο να καλύπτει επαρκώς το σώμα και να αποτρέπει την ολίσθηση κατά τη μεταφορά.
 - II. Ενός ιμάντα πρόσδεσης στην κοιλιακή χώρα με σύστημα συγκράτησης το οποίο να εξασφαλίζει ασφαλή, γρήγορη και εύκολη εφαρμογή και απελευθέρωση του ασθενούς.
6. Να διαθέτει ιμάντες έλξης τόσο στο άνω όσο και στο κάτω άκρο του στρώματος.
 7. Να διαθέτει διαστάσεις κατάλληλες για τη μεταφορά και ενηλίκων ασθενών με ενδεικτικές διαστάσεις μήκους έως 220 cm και πλάτους έως 90 cm ώστε η διέλευση από τις πόρτες και τους ανελκυστήρες του νοσοκομείου να είναι εφικτή.
 8. Να παρέχει ασφαλή μεταφορά ατόμου βάρους τουλάχιστον 200 Kgr για την εκκένωση και παχύσαρκων ασθενών
 9. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης η οποία να διαθέτει εικονογραφημένες οδηγίες χρήσης
 10. Η προσφορά να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά και στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Brochure) του κατασκευαστικού Οίκου επί ποινή απόρριψης.
 11. Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης και χρήσης του προσφερόμενου είδους με δωρεάν εκπαίδευση.
 12. Να παρέχεται εγγύηση δύο τουλάχιστον ετών.
 13. Να επισυναφθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα CE (MDR 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα), ο κατασκευαστής Οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 , ISO 13485 MED CERT ,ISO 14001, και ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 , ISO 13485 και να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για την τεχνική υποστήριξη (που θα αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστή).
 14. Να αποδεικνύεται η εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την ορθή χρήση και την διαχείριση απολύμανσης των προσφερόμενων προϊόντων προς το προσωπικό της προμηθευτικής εταιρείας.