



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ



**Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ”**

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  
ΑΦΜ 996978666, Β' ΔΟΥ Ηρακλείου

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**Τμήμα :** Τεχνικό

**Πληρ. :** Μοδάτσου Χριστίνα

**Τηλ. :** 2813401561

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ**

**Κατασκευαστικά στοιχεία :**

**Διαστάσεις αίθουσας : 6,50 X 6,50 = 42μ<sup>2</sup>**

-Για την διαμόρφωση των χώρων θα γίνει αποξήλωση χωρισμάτων και διάνοιξη δύο θυρών.  
( 30 μ<sup>2</sup> ).

-Αποξήλωση της υπάρχουσας ψευδοροφής και κατασκευή νέας με υγειονομικές προδιαγραφές , μέσα στην κύρια αίθουσα του λιθοτρίπτη ( 42 μ<sup>2</sup> ).

-Προμήθεια –τοποθέτηση μολυβδύαλου, διαστάσεων 70 X 60 εκ. ισοδύναμου πάχους 2 χιλ.

-Κατασκευή – τοποθέτηση ξύλινης πόρτας 1,20 X 2,10

-Τοποθέτηση μολύβδου, πάχους 1 χιλ. στους εσωτερικούς τοίχους , διάσταση 7,00 X 2,20 μ.  
( 2 τοίχους )

-Τοποθέτηση μολύβδου, πάχους 2 χιλ. σε εσωτερικό τοίχο της κύριας αίθουσας, διάσταση 2,70 X 2,20 μ.

-Επένδυση με γυψοσανίδα των τοίχων τους οποίους έχουμε επενδύσει με μολύβδο.

-Κατασκευή πλαισίου ενισχυμένου με έξιτρα στρατζαριστά για την ασφαλή στήριξη του μολύβδου στον εσωτερικό τοίχο της κύριας αίθουσας. Στη συνέχεια επένδυση αμφίπλευρα με διπλή γυψοσανίδα.( 7,00 X 3,00 )

-Κατασκευή ξύλινης δίφυλλης πόρτας ( 1,40 X 2,10 ) με 34 εκ.το μικρό φύλλο, με επικάλυψη μόλυβδου πάχους 1 χιλ. και τροχό για αντοχή στα φορτία.

-Να δοθεί προσοχή στην κατασκευή ώστε τα φύλλα μόλυβδου να επικαλύπτονται κατά 2 εκ. τουλάχιστον.

-Στα σημεία που διακόπτεται η θωράκιση ,όπως η πόρτα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποκατάσταση της ασυνέχειας. Το ίδιο και στις κλειδαριές.

-Απομάκρυνση μπάζων.

Απαραίτητη κρίνεται η επίσκεψη στο χώρο προκειμένου να αποτυπωθούν ορθά και με ακρίβεια οι ζητούμενες επεμβάσεις.