

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ: MEDTRON
Model: ACCUTRON MR – ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ

A) ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η συντήρηση και επισκευή του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο», όπως περιγράφεται στο συνημμένο Πίνακα και συγκεκριμένα η προληπτική συντήρηση, για τη διατήρηση της υψηλής διαγνωστικής ικανότητας και απόδοσης του μηχανήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, όπως αυτές αναφέρονται στα επίσημα εγχειρίδια συντήρησης (service manuals).

- Η Ανάδοχος εταιρεία να διαθέτει τεχνικά εκπαιδευμένο προσωπικό εξειδικευμένο στην επισκευή και συντήρηση του συγκεκριμένου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με αποδεδειγμένη εμπειρία και εκπαίδευση, η οποία θα αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
 1. Πιστοποίηση ή εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο ή
 2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο εξοπλισμό συνοδευόμενη από σχετικές συμβάσεις με δημόσια νοσοκομεία ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από υπηρεσίες δημόσιων νοσοκομείων
- Να έχει την δυνατότητα να χειρίζεται την οποιαδήποτε τεχνική δυσλειτουργία του συγκεκριμένου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
- Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στην εκτέλεση των εργασιών εντός 30 ημερών από την έγγραφη παραγγελία. Σε περίπτωση αδυναμίας οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο.
- Η εταιρεία μετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» αντίγραφο Δελτίων Εργασίας, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Το δελτίο θα παραδίδεται με ευθύνη του τεχνικού της αναδόχου εταιρείας στο τμήμα ΒΙΤ. Επιπλέον η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει επίσημο πιστοποιητικό καλής και ασφαλούς λειτουργίας και ηλεκτρικής ασφάλειας μετά από κάθε παρέμβαση τεχνικής υποστήριξης.
- Να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO9001:2008 & EN ISO 13485:2003 με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση

Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά.

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΛΙΣΜΟΥ ΑΤΟΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Περιγραφή είδους	S/N	Τμήμα	Κόστος με ΦΠΑ
Εγχυτής Μαγνητικού Τομογράφου MEDTRON ACCUTRON MR	Μονάδα εγχυτή S/N: 88601206 Κονσόλα S/N:880012783	Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων	2.356,00 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η σύμβαση συντήρησης περιλαμβάνει:

- Αξία εργασιών προληπτικού ελέγχου ασφαλείας των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών τμημάτων του συστήματος (μία επίσκεψη το έτος), σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Αξία εργασιών προληπτικού ελέγχου προς εξασφάλιση της συνολικής άριστης λειτουργίας και απόδοσης του συστήματος (μία επίσκεψη το έτος), σύμφωνα με το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Αξία εργασιών τεχνικής υποστήριξης και επισκευής βλαβών, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της ρύθμισης κατά την εκτέλεση της προληπτικής συντηρήσεως.
- Ρυθμίσεις και μετατροπές τεχνικής φύσεως, εφόσον αυτό θεωρείται αναγκαίο από τον κατασκευαστικό οίκο, για τον συνεχή εκσυγχρονισμό του συστήματος.

3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Από τη σύμβαση συντήρησης εξαιρούνται οι κάτωθι εργασίες:

Εργασίες συντήρησης και επισκευών που απαιτούνται ως αποτέλεσμα χρήσης βίας, ακατάλληλης ηλεκτρικής τροφοδοσίας, επίδρασης υγρασίας, νερού, φωτιάς, θερμότητας, ψύχους κ.ά.

Εργασίες συντήρησης και επισκευών που απαιτούνται ως αποτέλεσμα κακής χρήσης ή παρέκκλισης από τις οδηγίες χρήσεως, σύνδεσης του συστήματος με συσκευές μη πιστοποιημένες για τον σκοπό αυτό ή επεμβάσεις τρίτων, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν απαιτήσεις πέραν των τακτικών συντηρήσεων.

Κάθε είδους εργασίες επισκευής που προέρχονται από τυχόν αστοχία ή βλάβη υλικών και εξαρτημάτων, εκτός του πλαισίου ενδεδειγμένης λειτουργίας.

Από τη σύμβαση εξαιρούνται επίσης τα αναλώσιμα των συσκευών και συστημάτων και ειδικότερα:

Σύριγγα έγχυσης σκιαγραφικού 200 ml

Σύριγγα έγχυσης σκιαγραφικού 65 ml

Σύστημα σωληνώσεων Υ για δύο σύριγγες

Η συγκεκριμένη πρόταση συντήρησης και επισκευής αποσκοπεί στην ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων έγχυσης σκιαγραφικού Μαγνητικού Τομογράφου του Νοσοκομείου σας, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, τους κανόνες της επιστήμης και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.