

Προδιαγραφές ποδιάς ακτινοπροστασίας
για το Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα

- Να διαθέτει ισοδυναμία μολύβδου πάχους **0,5 mm Pb** σε όλη την επιφάνεια της.
- Το υλικό κατασκευής της να είναι εύκαμπτο και η επιφανειακή πυκνότητά του να μην υπερβαίνει τα **6 Kg/m²**.
- Να έχει δέσιμο τύπου **velcro**.
- Καθαρισμός: Να φέρει επικάλυψη από υλικό αδιάβροχο, ανθεκτικό, μαλακό και μη απορροφητικό, που να καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα.
- Να προσφερθεί σε μέγεθος **large**.
- Να συνοδεύεται από κατάλληλη κρεμάστρα.
- Να φέρει σήμανση CE και να πληρεί τα διεθνή standards.