

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ CALYPSO ΜΟΝΤΕΛΟΥ OG800DR ME SN
CPD34991M19

Απαιτούμενα ανταλλακτικά για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ CALYPSO ΜΟΝΤΕΛΟΥ OG800DR ME SN

- **ΣΥΡΤΑΡΙ POLYRES ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ MTOes**

Η Ανάδοχος εταιρεία η οποία θα προσφέρει τα άνω ανταλλακτικά απαιτείται:

- Να διαθέτει τεχνικά εκπαιδευμένο προσωπικό εξειδικευμένο στην επισκευή και συντήρηση του συγκεκριμένου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με αποδεδειγμένη εμπειρία και εκπαίδευση, η οποία θα αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
 1. Πιστοποίηση ή εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο ή
 2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχο εξοπλισμό συνοδευόμενη από σχετικές συμβάσεις με δημόσια νοσοκομεία ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων από υπηρεσίες δημόσιων νοσοκομείων.
- Να διαθέτει μόνο γνήσια, καινούργια και πιστοποιημένα ανταλλακτικά από τον κατασκευαστικό οίκο του εξοπλισμού
- Να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις για την διαχείριση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και των ανταλλακτικών αυτών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN ISO9001:2008 & EN ISO 13485:2003 με πεδίο εφαρμογής την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη αυτών, τις οποίες και οφείλει να προσκομίσει στην Τεχνική Προσφορά.
- Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στην τοποθέτηση ή την παράδοση των ανταλλακτικών εντός 30 ημερών από την έγγραφη παραγγελία. Σε περίπτωση αδυναμίας οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως το Νοσοκομείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η χρήση μη γνήσιων ή αμφιβόλου προέλευσης ανταλλακτικών δεν συνιστάται, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη στον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό.

Σε περίπτωση αστοχίας των ανταλλακτικών – αναλωσίμων η ανάδοχος εταιρεία θα προχωρήσει στην αντικατάσταση αυτών χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση