

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 1. Η συσκευή να έχει δυνατότητα διπλής ταυτόχρονης χορήγησης με διαφορετικούς προγραμματιζόμενους και ανεξάρτητους ρυθμούς χορήγησης για τις δύο χορηγήσεις μέσω μιας μόνο γραμμής

2. Να φέρει τεχνολογία δέσμευσης φυσαλίδων αέρα έως 1 ml χωρίς να διακόπτεται η χορήγηση (πέραν της δυνατότητας ανίχνευσης αέρα)

3. να φέρει τεχνολογία κλειστού συστήματος εξαέρωσης

4. Η δευτερεύουσα χορήγηση να μπορεί να πραγματοποιηθεί από περιέκτη και σύριγγα

5. Να έχουν δυνατότητα χρήσης έως 96 ώρες

6. Συνολικό μήκος συσκευής 270 cm $\pm$ 5 cm και όγκος εξαέρωσης $\leq$ 20 ml

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Οι εν λόγω αντλίες να έχουν τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές :

1. Ηλεκτρονική ογκομετρική αντλία έγχυσης φαρμάκων, υγρών διαλυμάτων, αίματος και παραγώγων αυτού

2. βάρους μικρότερου $\leq$ 5 kg

3. Να υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης από περιέκτη, σύριγγα και συνδυασμός των δύο τρόπων χορήγησης

4. Να διαθέτει διάφορα προγράμματα έγχυσης (συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών βημάτων)

5. Να διαθέτει δυνατότητα επανέναρξης μετά από άπω απόφραξη

6. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας τουλάχιστον 3 ωρών με ρυθμό χορήγησης 125ml/h

7. Να διατίθεται εξουσιοδοτημένο service στην Ελλάδα, το οποίο δεν θα επιβαρύνει το νοσοκομείο που να παρέχεται άνευ αξίας για κάθε είδους βλάβη χωρίς εξαιρέσεις

8. Να διαθέτει σήμανση CE και μενού στην Ελληνική γλώσσα

Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει επίδειξη της αντλίας και των ζητούμενων αναλώσιμων