



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7<sup>Η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

---

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για το σύστημα επεξεργασίας νερού στο τμ. Αποστείρωσης.

Ειδικότερα:

1. Μεμβράνη ενδεικτικού τύπου (ή ισοδύναμου) MWG 2,5" XLP-2521, τεμ. 2.
2. Ανταλλακτικό φίλτρο κυτταρίνης-άνθρακα. FIAPC10, τεμ. 4.
3. Σωλήνας διάφανος ¼" (4x6), 17.5bar μήκος 20μ.
4. Κινητήρας 0,75kW/1HP, 1450rpm, B3/B14, 230V, 50Hz, IE3. Τεμ. 1.

Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναμος): DEMAC, ML8024

5. Σύνδεσμος κινητήρα – αντλίας 19mm, τεμ. 1
6. Αντάπτορας 160mm, τεμ. 1.

### Ειδικές απαιτήσεις

1. Τα προϊόντα θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς και ευρωπαϊκές διατάξεις και κανονισμούς για τον σχεδιασμό και την κατασκευή τους.
2. Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά καταλληλότητας για πόσιμο νερό των ειδών καθώς και τα πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 κ.α. της κατασκευάστριας εταιρείας σε ισχύ.
3. Θα προσκομιστούν πιστοποιήσεις για την ικανότητα φίλτρανσης των προσφερόμενων ειδών.
4. Θα αποσταλούν τεχνικά εγχειρίδια (prospectus).

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΕΝΤΟΣ 3 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ