

Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος συνεχούς καταγραφής γλυκόζης

Τα συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τους ασθενείς αλλά και τους θεράποντες ιατρούς αυτών στη διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη. Επομένως είναι σημαντικό αυτά να πληρούν κάποιες προδιαγραφές.

Μερικές από αυτές είναι:

- Να έχουν χαμηλό δείκτη MARD που να στηρίζεται σε καλά σχεδιασμένες μελέτες
- Να διαθέτουν μελέτες για Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου1, Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, Σακχαρώδη Διαβήτη Κύησης και μελέτες σε παιδιατρικό πληθυσμό (+2 ετών)
- Να μην απαιτείται βαθμονόμηση
- Να είναι απλά στην τοποθέτησή τους και εύχρηστα
- Να παρέχονται συσκευές ανάγνωσης (όταν αυτό απαιτείται)
- Να υπάρχει λογισμικό για την εύκολη παρακολούθηση του ασθενή από τον ιατρό
- Να υπάρχει διαθέσιμο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών που να μπορεί να καλύπτει αντικαταστάσεις αισθητήρων εφόσον χρειαστεί
- Να υπάρχει τεχνική υποστήριξη στο Ηράκλειο Κρήτης