ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ MICRO- CONVEX 8C-RS – ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

Το ζητούμενο είδος θα πρέπει να πληροί εξ ολοκλήρου τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Να αναφερθεί με ακρίβεια ο τύπος (μοντέλο), ο οίκος κατασκευής καθώς και η χώρα προέλευσης του μηχανήματος. Οι τεχνικές προδιάγραφες θα πρέπει να τεκμηριώνονται αναλυτικά σε φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές και να αποτυπώνουν πλήρως και με λεπτομέρειες την συμμόρφωση με τα ζητούμενα. Για κάθε απάντηση που αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να υπάρχει παραπομπή στο επίσημο φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε πρωτότυπη δήλωση του.

1.1. Το είδος να είναι καινούριο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίο μοντέλο, αναγνωρισμένου οίκου.
1.2. Να είναι τύπου Micro Convex
1.3. Να είναι κεφαλή ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας
1.4. Να έχει Εύρος Συχνοτήτων: 3.5 - 10 MHz
1.5. Να είναι κατάλληλη για Παιδιατρικές και Νεογνικές εξετάσεις
1.6. Να υποστηρίζει τις παρακάτω τεχνικές απεικόνισης :

B, M, PW, CFM, PDI, Coded Harmonics, Real Time Triplex

1.7. Να καλύπτει και τις παρακάτω εξετάσεις :

“Abdonem, Adult Cardiac, Adult Cephalic, Gynecology, Musculoskeletal, Neonatal Cephalic, Nerve Block, Pediatric/Neonatal, Pediatric Cardiac, Peripheral Vascular, Thoracic/Pleural, Urology”

1.8. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού βεβαίωση συμβατότητας από τον κατασκευαστικό οίκο του υπερηχοτομογράφου (τύπος versana active)