ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔ.334974

Βραχιόλια βινυλίου με προσθήκη κάρτας:
• Να έχουν ειδικό κούμπωμα ασφαλείας το οποίο τα καθιστά μη μεταβιβάσιμα
• Να είναι υποαλλεργικά, μαλακά, αδιάβροχα,
• Να κλείνουν με ένα μικρό κλιπ και να μην έχουν μυτερές άκρες
• Να είναι κατάλληλα για ενήλικες
• Να διατίθενται σε διάφορα χρώματα
• Να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας CE & ISO.

ΚΩΔ.333173

Να διαθέτουν:
• ρινικές χοάνες από μαλακό, διάφανο υλικό, με ανατομικό σχήμα, με επιφάνεια σταθεροποίησης στο άνω χείλος του ασθενή
• δαχτυλίδι που ενώνει τους δυο σωλήνες κάτω από το γνάθο του ασθενή
• σωλήνα σύνδεσης μήκους περίπου 2μ., ο οποίος φέρει εσωτερικές εγκοπές ώστε όταν τσακίζει να μην διακόπτεται η ροή του O2
• αξιόπιστη και ασφαλή παροχή O2 στον ασθενή
Να είναι σε ατομική συσκευασία , να έχουν σήμανση CE, να είναι LATEX FREE.

ΚΩΔ.334943

• Να είναι ξύλινα, λείας επιφάνειας, ανθεκτικά στην πίεση, μη αποστειρωμένα
• Να έχουν σήμανση CE
• Να έχουν ατραυματικές άκρες.

ΚΩΔ.333230

• Να έχουν σύντομο χρόνο μέτρησης (10-20’’)
• Να έχουν οπτικό σήμα υψηλής θερμοκρασίας και ηχητική ειδοποίηση ολοκλήρωσης της μέτρησης
• Να είναι αδιάβροχο για την πλήρη απολύμανσή του
• Να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους
• Να είναι ψηφιακά, κατάλληλα για στοματική, μασχαλιαία και πρωκτική μέτρηση της θερμοκρασίας
• Να έχουν σήμανση CE..

ΚΩΔ.333168

• Να είναι ακτινοδιαπερατές κ ανθεκτικές στα υγρά
• Η μετάδοση της θερμότητας να γίνεται με την χρήση εξαναγκασμένη θερμού αέρα και όχι δια της επαφής για αποφυγή εγκαυμάτων
• Στο εσωτερικό να είναι κατασκευασμένες από 2 στρώματα φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο θα τις προσδίδουν ανθεκτικότητα σε τυχόν τρυπήματα ή σκισίματα
• Η εξωτερική εκστρωμάτωση να είναι από μη υφασμένο υλικό με σκοπό την προστασία του σώματος του ασθενούς από την τυχόν επαφή του δέρματος του με πλαστικά

αντικείμενα (non woven) ή ναέχουν ειδική κυψελωτή διάταξη, διάτρητη ώστε να προσφέρει ασφαλή και ομοιόμορφη • κατανομή του θερμού αέρα στον ασθενή.
• Το ακροφυσίο της θερμαντικής μονάδας να διαθέτει συνδετήρα ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής σύνδεση της κουβέρτας με τη θερμαντική μονάδα για αποφυγή θερμικού τραυματισμού όπως σε περιπτώσεις υπερδιεγερτικών ασθενών.
Η θερμαντική μονάδα να διαθέτει φίλτρο HEPA απόδοσης 99,97% για μικροσωματίδια όγκου 0,3μm για την υψηλότερη αποφυγή επιμολυνσεων του χώρου και του ίδιου του συστήματος
• Η θερμαντική μονάδα να διαθέτει τουλάχιστον 3 επιπέδα ρύθμιση της θερμοκρασίας καθώς και την δυνατότητα ταχείας θέρμανσης (boost) κλινικά σημαντικό σε περιπτώσεις όπου η νορμοθερμία του ασθενούς πρέπει να επιτευχθεί άμεσα.
• Να αναφέρεται η προκαθορισμένη αντικατάσταση του φίλτρου η οποία να μην είναι κάτω από 1500 ώρες λειτουργίας
• Η παράδοση των μηχανημάτων και των κουβερτών να γίνει την ίδια ημέρα επί ποινή αποκλεισμού .
• Τα μηχανήματα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα 8 συσκευές τουλάχιστον.

ΚΩΔ.245297

• Να είναι ακτινοδιαπερατές κ ανθεκτικές στα υγρά
• Η μετάδοση της θερμότητας να γίνεται με την χρήση εξαναγκασμένη θερμού αέρα και όχι δια της επαφής για αποφυγή εγκαυμάτων
• Στο εσωτερικό να είναι κατασκευασμένες από 2 στρώματα φιλμ πολυαιθυλενίου το οποίο θα τις προσδίδουν ανθεκτικότητα σε τυχόν τρυπήματα ή σκισίματα
• Η εξωτερική εκστρωμάτωση να είναι από μη υφασμένο υλικό με σκοπό την προστασία του σώματος του ασθενούς από την τυχόν επαφή του δέρματος του με πλαστικά αντικείμενα (non woven) ή ναέχουν ειδική κυψελωτή διάταξη, διάτρητη ώστε να προσφέρει ασφαλή και ομοιόμορφη • κατανομή του θερμού αέρα στον ασθενή.
• Το ακροφυσίο της θερμαντικής μονάδας να διαθέτει συνδετήρα ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής σύνδεση της κουβέρτας με τη θερμαντική μονάδα για αποφυγή θερμικού τραυματισμού όπως σε περιπτώσεις υπερδιεγερτικών ασθενών.
Η θερμαντική μονάδα να διαθέτει φίλτρο HEPA απόδοσης 99,97% για μικροσωματίδια όγκου 0,3μm για την υψηλότερη αποφυγή επιμολυνσεων του χώρου και του ίδιου του συστήματος
• Η θερμαντική μονάδα να διαθέτει τουλάχιστον 3 επιπέδα ρύθμιση της θερμοκρασίας καθώς και την δυνατότητα ταχείας θέρμανσης (boost) κλινικά σημαντικό σε περιπτώσεις όπου η νορμοθερμία του ασθενούς πρέπει να επιτευχθεί άμεσα.
• Να αναφέρεται η προκαθορισμένη αντικατάσταση του φίλτρου η οποία να μην είναι κάτω από 1500 ώρες λειτουργίας
• Η παράδοση των μηχανημάτων και των κουβερτών να γίνει την ίδια ημέρα επί ποινή αποκλεισμού .
• Τα μηχανήματα να είναι καινούργια και αμεταχείριστα 8 συσκευές τουλάχιστον .

ΚΩΔ.334950

Ποτηράκια χορήγησης φαρμάκων από πολυπροπυλένιο, με διαβάθμιση ανά 1 έως 30 κυβικά εκατοστά, να έχουν ύψος περίπου 4 εκατοστά και να είναι ανθεκτικά στη χρήση.

ΚΩΔ.333228

Σετ περίδεσης καρπού ενηλίκων για ακινητοποίηση υπερκινητικών ασθενών:
• Να είναι υποαλλεργικό.
• Κατασκευασμένο από cotton και polyester, με δυνατότητα πλυσίματος
• Να μην τραυματίζει τον ασθενή
• Να περιβάλλει τον καρπό και να κλείνει με Velcro, ώστε να μη σφίγγει και ενοχλεί τον ασθενή
• Να είναι σε συσκευασία ζεύγους
• Με μήκος περιχειρίδας 30εκ. περίπου, πλάτος περιχειρίδας 10εκ. περίπου, μήκος ζώνης περίδεσης 1μ. περίπου
• Να είναι LATEX FREE.